

## Messtechniken: K-Wert-Messung

Das K-Wert Messgerät wird eingesetzt um den Wärmeleitwert zu ermitteln..



## Schallpegelmessung

Die Schallpegelmessung kann nach der Bewertungskurve A oder C erfolgen. Eine Bewertung nach A entspricht dem menschlichen Hörempfinden, während bei C alle Frequenzen linear beurteilt werden. Die Ansprechempfindlichkeit kann in mehreren Stufen eingestellt werden.



Der Schall wird durch ein Mikrofon im Kopfe des Gerätes in Form einer elektrischen Spannung auf die Messelektronik übertragen.

Diese Messung eignet sich besonders zur Überprüfung von Schallsolierungen, beim einmessen von Schallbrücken oder Messungen der Bauakustik.